

深圳市水务科技有限公司 2024 年度水质分析仪表年度预选供应商

招标澄清（答疑）、补遗文件（一）

补遗部分

补遗 1：第四章《项目需求》二、货物清单 1、标段一中的“溶解氧分析仪上限单价 12865 元”变更为“溶解氧分析仪上限单价 30000 元”，即**标段一**中溶解氧分析仪上限总价相应变更为 150000 元。

补遗 2：本项目开标（投标截止）时间延期至 2024 年 4 月 22 日 09:30，质疑截止时间延期至 2024 年 4 月 15 日 18:00，答疑截止时间延期至 2024 年 4 月 16 日 18:00。

答疑部分

质疑一：“第五章 6.2 商务标评审要素，第 40 页《择优要素一览表》投标人基本状况 2. 投标人提供近三年（2020 年-2022 年）开户行出具的银行资信证明。”关于资信证明时间前后描述不一致，建议修改。

答：变更为：“投标人提供近三年（2020 年-2022 年）开户行出具的银行资信证明”或“投标人提供近三年（2021 年-2023 年）开户行出具的银行资信证明”。

质疑二：第四章《项目需求》二、货物清单 1、标段一中的“溶解氧分析仪上限单价 12865 元”。

因溶解氧招标参数包含变送器和传感器，为成套产品，目前的招标限价过低，极大的偏离了标段一各推荐品牌的市场价格，无法满足成套产品生产成本。为了保质保量完成项目建设，建议修改限价。

答：标段一中的“溶解氧分析仪上限单价 12865 元”变更为“溶解氧分析仪

上限单价 30000 元”，即**标段一**中溶解氧分析仪上限总价相应变更为 150000 元。

质疑三：第四章《项目需求》第 32 页，六、其他要求“▲1. 根据采购项目需求，中标人应组织有能力的专业安装技术人员到现场进行指导安装，指导安装人员必须服从使用单位的管理，以确保整个项目的质量和进度。”

根据招标文件第四章《项目需求》二、货物清单中没有明确罗列技术服务费用，请问指导安装、调试服务费是包含在仪表报价中，还是单独罗列。

答：指导安装、调试服务费包含在仪表报价中。

质疑四：招标文件第四章项目需求二、货物清单 1. 标段一：进口仪表（推荐品牌：哈希、E+H、帕泰克、堀场等或同等及以上档次品牌）溶解氧分析仪的上限单位为 12865 元，该预算远低于设备生产成本与市场价格，致使我司无法以此价格应标。请求：重新修订溶解氧分析仪符合市场价格的上限单价。

答：标段一中的“溶解氧分析仪上限单价 12865 元”变更为“溶解氧分析仪上限单价 30000 元”，即**标段一**中溶解氧分析仪上限总价相应变更为 150000 元。

质疑五：货物清单中，标段一，进口仪表中溶解氧分析仪上限单价 12865 和上限总价 64325。定价远低于进口仪表溶解氧的成本价。

答：标段一中的“溶解氧分析仪上限单价 12865 元”变更为“溶解氧分析仪上限单价 30000 元”，即**标段一**中溶解氧分析仪上限总价相应变更为 150000 元。

质疑六：货物清单中：标段一：进口仪表 序号 5 溶解氧分析仪单价 12865 ，价格远低于市场价格。该定价不符合进口品牌价格，需确认该价格是不是做错了

5	溶解氧分析仪	荧光法	分体式，0~20ppm，精度 0.2ppm 变送器：Modbus RS485，输出：4~20mA，供电：220VAC，IP66， 墙挂； 传感器：荧光法，浸入式安装，IP68；含传感器安装及其他安 装附件	10M	5	12865	64325
---	--------	-----	--	-----	---	-------	-------

答：标段一中的“溶解氧分析仪上限单价 12865 元”变更为“溶解氧分析仪上限单价 30000 元”，即**标段一**中溶解氧分析仪上限总价相应变更为 150000 元。

